

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 5

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Kwota ogółem BRUTTO (do przeniesienia do Formularza Oferta) [W PLN]
1	2	3	4	5	6	7
Sterylizator 1. do sterylizacji suchym gorącym powietrzem różnorodnego sprzętu laboratoryjnego, 2. grawitacyjny obieg powietrza, 3. regulator PID, 4. 3 programy sterylizacji w temperaturach sterylizacji (160, 180, 200°C), 5. programowo ustawiony czas martwy (zapewnienie osiągnięcia przez wsad temperatury zadanej), 6. program specjalny z możliwością ustawienia temperatury w zakresie nie mniej niż +5oC powyżej temperatury otoczenia do +250°C co 0,1°C oraz czasu ekspozycji do 100 godz., 7. akustyczny alarm przy przekroczeniu zadanej temperatury o zadeklarowaną wartość DT, 8. sygnalizacja akustyczna oraz przerwanie procesu sterylizacji w przypadku otwarcia drzwi, 9. dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,2°C,	TAK		szt.	1		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY Część 5

10. autonomiczne niezależne od sterowania zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy, 11. komora z blachy nierdzewnej, 12. 2 półki, 13. obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały, 14. pojemność 150 l 15. moc znamionowa 2200W 16. masa netto 79 kg 17. wymiary gabarytowe szer. x wys. x głęb. w mm 950x670x495 18. wymiary komory szer. x wys. x głęb. w mm 720x480x400						
---	--	--	--	--	--	--

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga:

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.