

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Część 14

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostk a miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [W PLN] do przeniesienia do Formularza Oferta
1	2	3	4	5	6	7
Wirówka laboratoryjna 1. wyświetlacz LCD nastawionych obrotów i przeciążenia, 2. obroty nastawne do minimum 4400/min i czas do minimum 99 minut, 3. silnik bezszczotkowy, 4. przycisk krótkiego wirowania, funkcja delikatnego startu i zatrzymania, 5. komora ze stali nierdzewnej, 6. wysokość nie większa niż 24 cm 7. pokrętła dla szybkiego nastawiania parametrów pracy 8. możliwość rozbudowy o rotor stałokrątkowy 30 × 15 ml 9. wirnik z okrągłymi koszami uchylnymi (2 sztuki) pozwalający na wirowanie z szybkością do minimum 4400 obrotów na minutę, 10. 2 adaptery do wirowania jednorazowo minimum 16 probówek 9-15 ml (o średnicy otworu 17,5 mm) i zamkniętego systemu pobierania krwi w wirówce.	TAK		szt.	2		

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga:

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – Część 14

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.