

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY**Piec do wyżarzania w różnych atmosferach i w próżni****TABELA 1**

<p style="text-align: center;">OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</p> <p style="text-align: center;">MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE</p>	<p style="text-align: center;">POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO</p>
<i>1</i>	<i>2</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakres temperatur pracy: min. 100-1000 °C 2. Prędkość nagrzewania/chłodzenia w zakresie: 1 - 30°C/min 3. Wymiary gabarytowe [m] szer. x wys. x gł. nie większe niż 2 x 2 x 1,5 4. Wymiary przestrzeni roboczej wewnątrz komory/retorty (szer. x wys. x gł.) min. 50 x 50 x 150 mm 5. System sterowania z możliwością programowania wieloetapowej krzywej wygrzewania/studzenia 6. Pompa próżniowa z próżnią końcową min 50 mbar, przeznaczona do odpompowania komory przed procesem obróbki cieplnej 7. System zasilania w gaz z min. 3 rotametrami dla argonu, azotu i powietrza 8. Termopara sterująca - regulacja na podstawie pomiaru z retorty 9. Bezpiecznik temperatury - zabezpieczający urządzenie prze przekroczeniem temp. maksymalnej 10. Gazoszczelne zamknięcie retorty (drzwi) 11. Odcięcie obwodu zasilania grzałek z chwilą otwarcia drzwi pieca 12. System chłodzenia pieca pracujący w układzie zamkniętym z wymiennikiem ciepła woda/powietrze do chłodzenia ścian retorty oraz uszczelnień drzwi pieca 13. Moc znamionowa max ~10 kW 14. Napięcie zasilania 400/230 V~, 50Hz 	<p>TAK</p>

TABELA 2

Oferta cenowa i przedmiotowa				
Nazwa	Producent/dystrybutor¹ oraz (jeśli istnieją)odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/ nr katalogowy całego oferowanego sprzętu/produktu/komponentu	Ilość	Cena jednostkowa Brutto [w PLN]	Kwota ogółem brutto (cena jed. Brutto x ilość) [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Piec do wyżarzania w różnych atmosferach i w próżni		1		

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji stanowiących treść oferty, a wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.