

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY - Część 2

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednostkowa brutto x ilość) [W PLN]
1	2	3	4	5	6	7
<p>Mikroskop metalograficzny, odwrócony, z oświetleniem odbitym</p> <p>Mikroskop powinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • umożliwiać obserwowanie zglądów metalograficznych • posiadać głowicę trójokularową z regulacją rozstawu okularów 54 – 75mm, korekcją dioptryną, kątem pochylenia okularów 45, • posiadać okulary PL – 10x/18mm, • posiadać system optyczny korygowany na 160 mm, • posiadać miskę rewolwerową pięciogniazdową, • posiadać obiektywy plan achromatyczne, przystosowane do pracy w świetle odbitym: 5x, 10x, 20x, 50x • posiadać regulację ostrości: współosiowe pokrętła przesuwu ruchu zgrubnego i przesuwu ruchu mikro, • posiadać jasne regulowane oświetlenie diodowe LED 5W z przysłoną aperturową i polową, • posiadać tor optyczny do podłączenia 	TAK		Szt.	1		

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY - Część 2

<p>kamery z dedykowanymi łącznikiem z regulacją ostrości, a także filtr matowy i niebieski,</p> <ul style="list-style-type: none">• posiadać polaryzator i analizator dodatkowo powinien posiadać kamerę mikroskopową z oprogramowaniem o rozdzielczości 6 megapikseli do przechwytywania obrazu mikroskopowego (zdjęcia filmy) oraz pomiarów (przetwornik 1/1,8, złącze USB 3.0, szybkość pracy w podglądzie na maksymalnej rozdzielczości min. 40 klatek/s)						
---	--	--	--	--	--	--

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy SWZ.