

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY
Osprzęt do skaningowego mikroskopu elektronowego II.

TABELA 1

Poz.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE	POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1	2	3
1	<p>Detektor rentgenowski EDS dostosowany do kolumny, posiadanego przez Zamawiającego, skaningowego mikroskopu elektronowego Jeol JSM-5600LV:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) typ detektora SDD – chłodzony bez użycia ciekłego azotu, 2) minimalna wielkość kryształu analizującego 10mm², 3) wykrywalność w zakresie min. od Be do Pu, 4) możliwość wprowadzania i wyprowadzania detektora z pozycji spoczynkowej do roboczej, 5) wydajność detektora większa niż 1Mcps, 6) zdolność do współpracy z procesorem impulsów IXRF 500. 	TAK
2	<p>Kontroler do, posiadanego przez Zamawiającego, skaningowego mikroskopu elektronowego Jeol typ JSM-5600LV:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kontroler zapewniający stabilną współpracę z mikroskopem z możliwością zapisu wyników pracy na płytach CD i dyskach przenośnych typu pendrive oraz szybki rozruch z dysku SSD, 2) minimalna konfiguracja systemowa – Windows Me, 3) w komplecie z kontrolerem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: <ol style="list-style-type: none"> a) bezprzewodową mysz, b) bezprzewodową klawiaturę. 	TAK
3	<p>Monitor do kontrolera z poz. 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) monitor wysokokontrastowy, 2) min. 32 cale. 	TAK

TABELA 2

Oferta cenowa i przedmiotowa					
Poz.	Nazwa	Producent/dystrybutor ¹ oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy całego oferowanego sprzętu	Ilość [jm]	Cena jednostkowa brutto [w PLN]	Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) [w PLN]
1	2	3	4	5	6
1	Detektor rentgenowski EDS		1 szt.		
2	Kontroler		1 szt.		
3	Monitor		1 szt.		
				Kwota ogółem brutto (suma pozycji 1-3): <i>(do przeniesienia do Formularza OFERTA)</i>	

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji stanowiących treść oferty, a wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.