

FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 2

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor ¹ oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/ nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu (jeśli istnieją)	Ilość	WARTOŚĆ OGÓŁEM BRUTTO [W PLN] (do przeniesienia do Formularza Oferta)
1	2	3	4	5
Waga laboratoryjna analityczna: 1) max zakres pomiarowy: 320 g 2) działka elementarna: 0,0001 g 3) legalizacja 4) adiustacja wewnętrzna 5) rozmiar szalki: min 80 mm 6) czas stabilizacji: max. 4 s 7) działka legalizacyjna: 0,001 g 8) odważnik kalibracyjny – min. 10 g 9) dotykowy wyświetlacz wagi 10) język obsługi: polski, angielski 11) dostępne aplikacje: ważenie, ważenie procentowe, ważenie dynamiczne, sumowanie, zatraskiwanie max wskazania, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, ważenie podszalkowe 12) Port USB 13) poziomiczka do wypoziomowania wagi	TAK		1 szt.	

¹ Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy SWZ.