

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY – CZĘŚĆ 3**

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor <sup>1</sup> oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/ nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu (jeśli istnieją)	Ilość	WARTOŚĆ OGÓLEM BRUTTO [W PLN] (do przeniesienia do Formularza Oferta)
1	2	3	4	5
<b>Termo-wytrząsarka mikroplytek</b> 1) możliwość stosowania jako trzy niezależne urządzenia: inkubator, wytrząsarka mikroplytek i termo-wytrząsarka mikroplytek, 2) termo-wytrząsarka mikroplytek z inkubatorem do jednoczesnej pracy z czterema standardowymi mikroplytkami 96-dółkowymi, 3) zapewnia grzanie min. od 25°C do 60°C, 4) programowanie temperatury inkubatora z funkcja kalibracji w przybliżeniu o ±6% dla wybranej temperatury, 5) regulacja prędkości wytrząsania min. 250-1200 obrotów/min, 6) programowanie czasu prac, 7) automatyczne zatrzymywanie platformy roboczej po upływie zadanego czasu, 8) automatyczna diagnostyka błędów (czujnik temperatury, ogrzewanie platformy, ogrzewanie pokrywy itp.) 9) LCD dwuliniowym wyświetlaczem.	<b>TAK</b>		<b>1 szt.</b>	

<sup>1</sup> Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

**UWAGA!!!**

**Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy SWZ.**