

**FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY - Część 4**

MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY techniczne, funkcjonalne i użytkowe	Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego	Producent/dystrybutor <sup>1</sup> i odpowiednio model/typ/symbol/nazwę /numer kat. oferowanego produktu/sprzętu (jeśli istnieją)	Ilość	WARTOŚĆ OGÓLEM BRUTTO [W PLN] (do przeniesienia do Formularza Oferta)
1	2	3	4	5
<p><b>ELEKTROPORATOR DO KOMÓREK EUKAROTYCZNYCH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) urządzenie składające się z jednostki sterującej oraz stacji z pipetą,</li> <li>2) transfekcja musi przebiegać w tipsie z połączoną elektrodą na 10 ul lub 100 ul umieszczonym w probówce z elektrodą w stacji pipetującej,</li> <li>3) bufor do transfekcji musi być jeden do transfekcji komórek,</li> <li>4) jednostka sterująca musi mieć wgrany program optymalizacyjny na 24-studzienki</li> <li>5) urządzenie sterujące musi mieć pamięć wbudowaną umożliwiającą zapisanie do 50 programów stworzonych przez użytkownika,</li> <li>6) urządzenie sterujące powinno umożliwiać ustawienie 3 parametrów: napięcie, szerokość impulsu i ilość impulsów,</li> <li>7) napięcie urządzenia: 0.5-2.5 kV, puls elektryczny: 1-100 ms, czas ładowania: 8 sekund,</li> <li>8) jednostka sterująca powinna posiadać dotykowy wyświetlacz o wymiarach min. 800 × 480 pikseli,</li> <li>9) Zakres stężenia komórek transfekowanych: <math>2 \times 10^4</math> do <math>6 \times 10^6</math>.</li> </ol>	<b>TAK</b>		<b>1 szt.</b>	

<sup>1</sup> Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

**UWAGA!!!**

**Brak któregośkolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji stanowiących treść oferty, a wymaganych w Tabeli nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy SWZ.**